

Częstochowa, dn. 17. 11.2015r.

Zamawiający:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA OSPRZĘTU I AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW

znak sprawy: DAZ.26.105.2015

L.dz. 3781/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1- dotyczy poz. 11

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni do odrębnego pakietu pozycję 11 i dopuści stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty w całości silikonem z dwóch stron, usuwalny, do łagodnych zmian nienowotworowych, usuwalny, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10 i 12 cm, średnica 20-26 lub 24-30 mm; sterylny, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy poz. 12

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni do odrębnego pakietu pozycję 12 i dopuści stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12 i 14 cm. Cewnik wprowadzający 8mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – dotyczy poz. 14

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni do odrębnego pakietu pozycję 14 i dopuści stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, nie ulega skracaniu, złote markery, przeładowany w 8 FR cewnik na minimalny kanał roboczy 2.8 mm, port do podawania kontrastu, średnica 10 mm dł. 4, 6 i 8 cm, na przewodnik 0,035?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczy – poz. 15

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni do odrębnego pakietu pozycję 15 i dopuści samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035"; kołnierzyk na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu; średnica stentu niepokrywanego 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10; średnica stentu pokrywanego 10 mm i dł. 4, 6, 8 cm; średnica stentu częściowo pokrywanego 10 mm i dł. 4, 6, 8 cm; uchwyt pistoletowy do podawania umożliwi rozprężenie lub odzyskanie stentu; możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%; cieniодajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczy – poz. 16

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni do odrębnego pakietu pozycję 16 i dopuści klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 12mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem, pakowane pojedynczo w sterylne pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczy – poz. 6

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 6 z załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczy – poz. 7

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 7 z załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 – dotyczy – poz. 16

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 16 z załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczy – poz. 3

Prosimy o dopuszczenie **w pozycji 3**, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy pełniących rolę litotryptora jednorazowego użytku, w rozmiarze 2x4 lub 3x6 na przewodnik, długość koszulki 10 Fr, długość 208 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – dotyczy – poz. 8

Prosimy o dopuszczenie **w pozycji 8**, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów trzustkowych z otworami drenującymi na całej długości, 4 języki uniemożliwiające migrację, rozmiar 3 i 7 Fr, dla rozmiaru 7 Fr temperowany koniec, długość 3 do 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – dotyczy – poz. 9

Prosimy o dopuszczenie **w pozycji 9**, w miejsce pierwotnych parametrów, popychaczy do protez trzustkowych, cewnik 3 i 7 Fr, długość 170 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wszystkie zmiany i dopuszczenia przedmiotu zamówienia, wprowadzone przez Zamawiającego muszą być bezwzględnie ujęte w składanych ofertach oraz potwierdzone w stosownych dokumentach.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Jarosław Drobnikowski