



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel., fax +48 34 367 36 74,  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 03.01.2014 r.

### Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

### **WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:

**NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
DO AKCELERATORA LINIOWEGO  
ELEKTA SYNERGY nr ser. 151957**

W.Sz.S./DAZ/2411/P-8/063/ 14 /13

### **WYJAŚNIENIA Nr 1 TREŚCI SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

#### **Pytanie 1**

Z uwagi na czas świąteczny i krótki związany z tym okres urlopowy zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym numer W.SZ.S.DAZ-2411/P-8/063/13 na dostawę części zamiennych do Akceleratora Liniowego ELEKTA SYNERGY nr 151957.

**Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert.**

#### **Pytanie 2**

Jednocześnie prosimy o poprawę oczywistej pomyłki pisarskiej, polegającej na umiejscowieniu w specyfikacji Panel detektora obrazu IView zamiast Panel detektora obrazu iViewGT, który jest zainstalowany w akceleratorze liniowym Elekta Synergy o numerze seryjnym 151957. Uprzejmie prosimy o zmianę w wymaganych miejscach.

**Odpowiedź: Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską.**

**W związku z powyższym, Zamawiający w załączeniu przedstawia Nowy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienie stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

W związku z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: **15.01.2014 r., godz. 10.00.**

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: **15.01.2014 r., godz. 10.15.**

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

**DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**

**Jarosław Madowicz**

.....  
Pieczęć adresowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY**

Przedmiot zamówienia: **DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AKCELERATORA LINIOWEGO ELEKTA SYNERGY Nr ser. 151957.**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto (PLN)</b>	<b>Wartość netto (PLN) [poz. 3x4]</b>	<b>Stawka podatku VAT [w %]</b>	<b>Wartość brutto (PLN) [poz. 5+6]</b>	<b>Typ/Producent</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Kamera ze sterowaniem	1 szt.					
2	Zestaw naprawczy lusterek do głowicy MLC	1 kpl.					
3	Panel detektora obrazu <b>iViewGT</b>	1 szt					
<b>Razem:</b>					<b>xxxx</b>		<b>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</b>

Okres gwarancji na oferowane części zamienne to okres min. 6 miesięcy.

.....  
*Miejscowość i data*

.....  
*Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*