



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 16.11.2012r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

WYPOSAŻENIE PRACOWNI CYTOSTATYKÓW ORAZ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO I PALIATYWNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/103/3430/12

WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 - dotyczy Części Nr 2 - SSAKI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o parametrach?

- Zasilanie elektryczne
- Podciśnienie max. 85 kPa
- Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzielinę):
- 40 l/min
- Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego
- Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.
- Pompa wysokoobrotowa, tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, niewymagająca konserwacji.
- Cicha praca do 45 dB
- Wersja AP umożliwiająca pracę w atmosferze stężonych gazów anestetycznych.
- Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,5 litra z drenem połączeniowym wielorazowym dla każdego ze ssaków
- Ssak na podstawie jezdnej czterech kołach (dwa z blokadami) oraz z szyną na akcesoria.
- Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem-połączony przewodem.
- Dwa zbiorniki 2 litrowe wielorazowe z poliwęglanu na wydzielinę, nietłukące z tworzywa z podziałką i drenami połączeniowymi do sterylizacji w temperaturze do 134°C dla każdego ze ssaków
- Możliwość stosowania zbiorników (wkładów) jednorazowych.
- Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. dla każdego ze ssaków
- Uchwyt na dren.
- Dren silikonowy do pacjenta – min.3 m dla każdego ze ssaków

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy Części Nr 2 - SSAKI

Ponieważ jesteśmy producentem ssaków, serwis odbywa się w siedzibie Sprzedającego.

Ssaki na gwarancji zostają przesłane kurierem na koszt Sprzedawcy, naprawa trwa maksymalnie 5 dni, z możliwością wypożyczenia zamiennego ssaka na czas naprawy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Pozostałe wymagania” dotyczącego Części nr 2-ssaki: **Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury, na np.: Naprawa i serwis w siedzibie Sprzedającego w terminie maksymalnie 5 dni?**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 22.11.2012r. termin składania ofert.

ZATWIERDZIŁ:

**DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

KAZIMIERZ PANKIEWICZ