

**Zamawiający:**  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:  
**NA DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO  
I ANGIOGRAFICZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**  
oznaczenie sprawy DAZ.26.061.15

L.dz.1968/15

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

#### **Dotyczy Części Nr 4**

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 4 „cewniki balonowe do udroźnień” cewnika o ciśnieniu nominalnym 11 atm dla średnicy 1.1, ciśnienie RBP 25 atm dla średnicy 1.1, wzrost średnicy balonu (dla średnicy 1.1) w ramach RBP 7,7%, oferowane średnice 1.1, 1.5, 2.0 mm, oferowane długości 10, 15, 20 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Dotyczy Części Nr 6**

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w części nr 6 „cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny o dostępnych długościach 15, 20, 25, 30 mm, średnicach 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. Konstrukcja cewnika – szybka wymiana. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Dotyczy Części Nr 1 - l.p. 15**

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z automatycznym okresem refrakcji dla przedsionka (w zakresie 300-775 ms)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z okresem refrakcji dla komory programowalnym w zakresie 200-500 ms?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Dotyczy Części Nr 4**

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza długości 8; 12; 15; 20 i 30 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Dotyczy Części Nr 1**

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w Części nr 1 dopuści stymulatory dwujamowe DDDR z jednym typem elektrod aktywnych komorowych, jednym typem elektrod pasywnych komorowych, dwoma typami elektrod aktywnych przedsionkowych oraz jednym typem elektrod pasywnych przedsionkowych do wyboru?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający:

1.wykreśla z Załącznika Nr 6 wzór umowy § 12 o treści: „Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik do niniejszej umowy”.

2.wykreśla z Załącznika Nr 7 wzór umowy § 12 o treści: „Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik do niniejszej umowy”, w konsekwencji § 13 otrzymuje nr 12.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

**W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym swojej oferty.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz