



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**  
**ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa**  
REGON: 001281053, NIP: 573 22 99 604

**Dział Zamówień Publicznych**

tel./fax: (34) 367 36 74, 367 37 53, [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

Częstochowa, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy: DEZ.26.078.2019 r.

L. dz. 3180/2019 r.

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  
POSTĘPOWANIEM**

**Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Bialskiej 104/118 Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego im. NMP w Częstochowie**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przedstawia treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIA 1**

Dotyczy załącznika nr 3 wymagania techniczne poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonującego wszystkie wymagane rodzaje terapii za wyjątkiem SCUF i HP. Na dzień dzisiejszy są to zabiegi praktycznie nie wykonywane w oddziałach intensywnej terapii.

**Odpowiedź: Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.**

**PYTANIA 2**

Dotyczy załącznika nr 3 wymagania techniczne poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonującego hemodiafiltrację cytrynianową w trybie postdylucji z racji stosowanego protokołu zabiegu i odpowiedniego składu płynów do terapii (płyn substytucyjny zawiera Ca<sup>++</sup> w stężeniu 1,5mmol/l dlatego nie powinien być podawany w predylucji).

**Odpowiedź: Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.**

**PYTANIA 3**

Dotyczy załącznika nr 3 wymagania techniczne poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia wykorzystującego dedykowane zestawy do HD lub HDF z antykoagulacją cytrynianową oraz uniwersalny zestaw do zabiegów CRRT z antykoagulacją heparynową o objętości 245 ml.

**Odpowiedź: Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.**

**PYTANIA 4**

Dotyczy załącznika nr 3 wymagania techniczne poz.12:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia skuteczniej utrzymującego ciepłotę pacjenta bez ryzyka hemolizy krwi dzięki podgrzewaniu stosowanych roztworów dializatu i substytutu.

**Odpowiedź: Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.**

**PYTANIA 5**

Dotyczy załącznika nr 3 wymagania techniczne poz. 22:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonującego wszystkie niezbędne pomiary ciśnień za wyjątkiem wyliczania spadku ciśnienia na filtrze.

**Odpowiedź: Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.**

#### **PYTANIA 6**

Dotyczy załącznika nr 3 wymagania techniczne poz. 26:

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z powyższego wymogu i zarazem parametru oceny jakościowej, gdyż skutecznym zabezpieczeniem wykrywającym ewentualne przecieki w systemie drenów jest sprawny system bilansujący – grawimetryczny opisany w poz. 24.

**Odpowiedz: Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.**

**Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 20 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00 nie ulega zmianie.**

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:30.**

Z poważaniem

Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Zbigniew Bajkowski