

Częstochowa, dn. 31-11-2016r.

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ DLA ODDZIAŁU
ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ II**
oznaczenie sprawy DAZ.26.102.2016

L.dz. 2865/16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Część Nr 1

Pytanie 1: „Czy w Pakiecie 1 Zamawiający dopuści również:

Anatomical Shoulder - Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w 10 rozmiarach od 42 do 50mm. Część łopatkowa protezy cementowana w 3 rozmiarach. Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.

Bipolar Shoulder - Bipolarna endoproteza stawu ramiennego. Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm, PE insert oraz głowy w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki. Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.

Inverse Reverse Shoulder - Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach. Element łopatkowy bezcementowy typu trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm. Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu. Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach.

Sidus - Beztrzępieniowa endoproteza stawu ramiennego. Element ramienny tytanowy mocujący głowę w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 32mm i głowa ramienna w rozmiarach od 38 do 52 mm.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 5

Pytanie 2: Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie zestawów każdorazowo przed zabiegiem na zasadzie LS? (Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym)?

Odpowiedź: Sposób dostarczania asortymentu ujętego w Części Nr 5 Zamawiający określił w formularzu asortymentowo-cenowym, pod tabelą, w pkt 1 tj: „Wykonawca dostarczy depozyt ww. asortymentu i zabezpieczy narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem”.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 09-12-2016r. termin składania i otwarcia ofert.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz