

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO
(procedura otwarta)**

Nazwa zadania: Sprzęt do elektrostymulacji, papier rejestracyjny i elektrody dla Oddziału Kardiologii

kod CPV: 33.15.82.10-7 ; 33.19.80.00-4

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 - 2.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226,poz.1817).
 - 2.3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224, poz.1796).
 - 2.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224, poz. 1795).
 - 2.5. Kodeks cywilny.
 - 2.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn.zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: **33.15.82.10-7; 33.19.80.00-4**

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, sprzętu do elektrostymulacji (stymulatory CRT i CRT-A z elektrodami i zestawami do venografii ;kardiowertery jednokomorowe ICD-VR i dwukomorowe ICD-DR z elektrodami; kardiowertery-defibrylatory CRTD z elektrodami i zestawami do venografii; intraducery; systemy do intubacji zatoki wieńcowej; elektrody endokawitarne do stymulacji czasowej) papier rejestracyjny i elektrody dla Oddziału Kardiologii
2. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U.2010. 107 poz.679 oraz muszą odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.
3. Wyroby nie sklasyfikowane jako wyrób medyczny stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa .

IV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Zał. Nr 2 część 1 do 10

V. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

VI. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 m-cy od dnia zawarcia umowy

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:
 - 1.1. **posiadania uprawnień** do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

 - koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie;
 - 1.2. **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi** do wykonania zamówienia tj.

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca przedłoży:

 - **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;
 - 1.3. **sytuacji ekonomicznej i finansowej** tj.

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku , jeżeli wykonawca przedłoży :

- *Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.*

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
 - 1) **oświadczenia** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść oświadczenia zawiera Załącznik Nr 3 do siwz.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 2) **koncesję, zezwolenia lub licencję** w zakresie prowadzenia działalności usługowej. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie Załącznik Nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę
 - 3) **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania Załącznik Nr 3 do SIWZ.;
/§ 1 ust. 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/
 - 4) **Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
*/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/*Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest wówczas do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie składanej oferty.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 a).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.
5. Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art.26 ust.2 c).
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 24 ust. 2 pkt. 4).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- 1) **oświadczenia** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/
- 2) **aktualnego odpisu z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć wyłącznie oświadczenie, którego treść oświadczenie zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.
/§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/
- 3) **aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
- 4) **aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
/§ 2 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/
- 5) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
/§ 2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/
- 6) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 składa:

- 1) pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 2) pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.
- 3) Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10.W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- 1) Wypełniony formularz asortymentowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ,
- 2) Firmowe materiały informacyjne (opis, ulotki, etykiety .) zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie.
- 3) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych - Załącznik Nr 1 do SIWZ;
- 4) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ;
- 5) Dla wyrobów medycznych - oświadczenie, że cały oferowany asortyment wyrobów medycznych posiada wszelkie wymagane przez polskie prawo dokumenty, na podstawie których, może być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - **Załączniku Nr 1 SIWZ**
- 6) Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny – oświadczenie, że oferowany asortyment posiada wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – Załącznik Nr 1 do SIWZ
- 7) Wykaz aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania – Załącznik Nr 1 do SIWZ
- 8) Oświadczenie, że Wykonawca dokumenty dopuszczające dla oferowanego asortymentu zamieszczone w „Wykazie”, - oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 - dostarczy wraz z pierwszą dostawą
 - na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania postępowania

11.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze współników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale X ust. 7 pkt. 1) – 6) SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez współników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

12. Pozostałe wymagania

- 1) Dostawy asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie maksimum 5 dni roboczych od telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą loco magazyn Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów Zamawiającego.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany określić warunki dostępu do korzystania z kontrolera stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego oraz dostarczyć 2 kontrolery (Poradnia, Oddział)
- 3) Zabezpieczenie w ramach umowy szkolenia personelu medycznego i instrumentariuszek dotyczące używania sprzętu - tematyka związana z asortymentem i procedurami oferowanymi przez Wykonawcę
- 4) Czas gwarancji – minimum 12 miesięcy od daty dostawy
- 5) Czas ważności od dostawy dla asortymentu w części 1 do 8 – minimum 9 miesięcy
- 6) Płatność: przelewem po dostawie, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.
3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.
4. W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii Zamawiający wymaga przesłania treści tych wyjaśnień, e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą „PZP”.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

6. Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj. P-8/ 081 /11 oraz dopiskiem " Sprzęt do elektrostymulacji, papier rejestracyjny i elektrody dla Oddziału Kardiologii .
Nie otwierać przed2011 r. godz. 10:15

XII. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- p. Bożena Klimas tel.34 367 37 53 fax: 34/367 32 51
- sprawy zintegrowanego systemu zarządzania mgr inż. Artur Piekacz tel. 34 367-34-52

XIII. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta.

- 1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 2) Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1**. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę
- 3) Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ. W

przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę

- 4) Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
- 5) Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

2. Forma dokumentów.

- 1) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii opatrzonej klauzulą „ za zgodność z oryginałem „ i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .
- 2) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości.

3. Podpisy.

- 1) Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby / osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).
- 2) W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

4. Oferta wspólna.

- 1) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum /spółka cywilna) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
- 2) Oryginał pełnomocnictwa (lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie :
 - a) postępowania o zamówienie publiczne , którego dotyczy,
 - b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,
 - c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
- 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
- 4) Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach , składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców PEŁNOMOCNIK , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 5) Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „ za zgodność z oryginałem „ i podpisane przez Pełnomocnika.
- 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem , którego adres należy wpisać w formie oferty.
- 7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego , umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

5. Forma oferty.

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim .
- 2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 4) Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.
- 5) W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.
- 6) W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAC**".

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany , wycofanie oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

1) Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.

Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "**ZMIANA OFERTY**".

2) Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.

Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.

Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "**WYCOFANIE OFERTY**".

14. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

15. W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIĄĆ**". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

„OFERTA – SPRZĘT DO ELEKTROSTYMULACJI, PAPIER REJESTRACYJNY I ELEKTRODY DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGII- Nie otwierać przed2011 r. godz. 10:15”

2. W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Częstochowa, ul, Bialska 104/118 (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia **08.12..2011 roku do godz. 10:00**

4. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 08.12.2011 roku o godzinie 10:15** Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa; pawilon D; II piętro, pokój 310A,

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6) W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

$$\text{Ilość} \times \text{Cena jednostkowa netto} = \text{wartość netto} + \text{stawka VAT} = \text{wartość brutto}$$

4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub

większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

5. Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póź. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII. Kryteria oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) dla części 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8

Wartość brutto oferty 70%

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Wartość brutto} = \frac{\text{najniższa wartość brutto}}{\text{wartość brutto badanej oferty}} \times 100$$

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 70%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium wartość brutto oferty.

Jakość 30%

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie punktów za parametry techniczne uwidocznione w Załączniku nr 2 część 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 SIWZ.. Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę kryterium – 30%.

Jeżeli żadna z ofert nie uzyska maksymalnej ilości punktów określonej w Załączniku nr 2 część 1,2,3,4,5,7 i 8 do SIWZ to oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt a pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Jakość} = \frac{\text{oferta badana}}{\text{oferta najkorzystniejsza}} \times 100$$

Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, pomnożona przez wagę kryterium – 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty kryterium jakość.

2) dla części 6, 9,10

Wartość brutto oferty 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{wartość brutto} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \times 100\% = \text{ilość punktów}$$

Ilość punktów, obliczona według powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII. Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

część 1 - 840,00 zł	część 5 - 4.880,00 zł	część 9 - 15,00 zł
część 2 - 190,00 zł	część 6 - 120,00 zł	część 10 - 45,00 zł
część 3 - 1.280,00 zł	część 7 - 320,00 zł	
część 4 - 2.840,00 zł	część 8 - 150,00 zł	

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a. pieniądzu;
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004** z dopiskiem „**Wadium, Przetarg, nr sprawy P-8/ 081 /11**”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (**gwarancji i poręczeń**)oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty.
 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą , przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub nieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.
 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XX. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – **Załącznik nr 5** do niniejszej specyfikacji.
2. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres Wykonawcy. Przesłanie na wniosek Wykonawcy umowy do podpisu nie zmienia terminu jej zawarcia.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
6. Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

XXII. Wzór umowy – Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- 1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.
- 2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.
- 3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- 1.wzór oferty (załącznik nr 1)
- 2.przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2)
- 3.wzór oświadczenia (załącznik Nr 3)
- 4.wykaz dokumentów dopuszczających (załącznik nr 4)
- 5.wzór umowy (załącznik nr 5)

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 26.10.2011 r.

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

.....
adres siedziby Wykonawcy

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

REGON; NIP

.....
adres do korespondencji

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ELEKTROSTYMULACJI , PAPIERU I ELEKTROD DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGII

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

1.1. wzór dla części 1 do 8

Lp.	Przedmiot zamówienia jak w SIWZ	Nazwa i typ	J.m	Ilość	Cena Jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
Razem						xxx
Razem słownie:								
-netto								
-brutto								

1.2.wzór dla części 9 i 10

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia jak w SIWZ	J.m	Ilość	Cena Jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa; nr.katalogowy identycznie jak na fakturze. Nazwa producenta
Razem						xxx
Razem słownie:								
-netto								
-brutto								

2. Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia : 12 m-cy od dnia zawarcia umowy
3. Dostawy asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą loco magazyn Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie w ramach umowy szkolenia personelu zamawiającego dotyczące używania sprzętu - tematyka związana z asortymentem i procedurami oferowanymi przez Wykonawcę
5. Na czas trwania umowy zapewniamy dostęp do korzystania z kontrolera stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego oraz dostarczymy 2 kontrolery (Poradnia, Oddział)
6. Czas gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy
7. Okres ważności dla asortymentu w części 1 do 8: minimum 9 miesięcy od daty dostawy.
8. Płatność: przelewem po dostawie, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Oświadczamy, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
10. Oświadczamy, że:
 - 10.1. oferowany asortyment w części, poz.....
jest wyrobem medycznym i posiada aktualne wszelkie wymagane przez polskie prawo dokumenty, na podstawie których, może być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 - 10.2. oferowany asortyment w części, poz.....
Nie jest wyrobem medycznym i posiada aktualne wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
* właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy.
11. Oświadczamy, że dokumenty dopuszczające dla oferowanego asortymentu zamieszczone w „Wykazie „ stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ
 - dostarczymy wraz z pierwszą dostawą
 - na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania postępowania
12. Oświadczamy, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
14. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;
15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opisującą przedmiot zamówienia.
16. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
17. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy wraz z protokołem koordynacyjnym dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala został przez nas zaakceptowany. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

18. Wadium w kwocie zł zostało wniesione dnia w formie:
.....

Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:.....

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

19. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie
- wykonanie

20. Oświadczamy, że na prowadzenie naszej działalności (niepotrzebne skreślić):

- nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja
- jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja i została ona dołączona do oferty

21. Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.....
Pieczęć podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Część 1

Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT- w pakiecie :

- 10 sztuk stymulatorów CRT-P
- 10 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru
- 10 sztuk elektrod prawokomorowych biernych lub czynnych do wyboru
- 10 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru
- 10 zestawów do wenografii zatoki wieńcowej

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	TRYBY STYMULACJI	DDD BiV	TAK	
2	CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH	>=60 MIESIĘCY	TAK	
3	PROGRAMOWANIE LEWEJ I PRAWEJ KOMORY	NIEZALEŻNE	TAK	
4	DŁUGOŚĆ ZAPISÓW IEGM			PROPORCJONALNIE 30 PKT
5	STYMULACJA PO AES	MOŻLIWOŚĆ		TAK-20 PKT NIE-0 PKT
6	ELEKTRODA LEWOKOMOROWA	CO NAJMNIJ 3 TYPY	TAK	
7	MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ			TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT
8	DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ O ŚREDNICY PONIŻEJ 4,5F PRZECHODZĄCEJ PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJNY			TAK – 10PKT NIE – 0 PKT
9	PAMIĘĆ-LICZBA EPIZODÓW			PROPORCJONALNIE 20 PKT
10	ZESTAW DO WENOGRAFII	CO NAJMNIJ 2 KRZYWIZNY CEWNIKÓW PROWADZĄCYCH	TAK	
11	AUTOMATYCZNA OPTIMALIZACJA OPÓŹNIENIA V-V I A-V KORELUJĄCA Z UKG	MOŻLIWOŚĆ		TAK-10 PKT NIE – 0 PKT

Część 2

Stymulatory do terapii resynchronizującej , przedsionkowej CRT-A- w pakiecie :

- 2 sztuki stymulatorów CRT-BiA
- 2 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru
- 2 sztuk elektrod prawokomorowych biernych lub czynnych do wyboru
- 4 sztuk elektrod przedsionkowych czynnych do wyboru
- 2 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	TRYBY STYMULACJI	DDD(R) , AAI(R) , BiA RA RA-T , BiA BiA BiA-T	TAK	
2	CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH	>=60 MIESIĘCY	TAK	10
3	PROGRAMOWANIE KANAŁÓW PRZEDSIONKOWYCH	NIEZALEŻNE	TAK	30
4	PROGRAMOWANIE ODSTĘPU AA	CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 0 DO 30ms	TAK	30
5	STYMULACJA PO AES	MOŻLIWOŚĆ	TAK	30

Część 3

Kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VR - w pakiecie:

- 10 sztuki kardiowerterów-defibrylatorów ICD-VR
- 10 sztuki elektrod defibylujących do wyboru

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	DOSTARCZONA ENERGIA DEFIBRYLACJI (J)	CO NAJMNIEJ 35	TAK	≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT
2	IMPULS DWUFAZOWY - RODZAJE	CO NAJMNIEJ 2	TAK	
3	WAGA KARDIOWERTERA (G)	CO NAJWYŻEJ 90	TAK	
4	ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI	CO NAJMNIEJ 6	TAK	
5	TERAPIA ANTYARYTMICZNA-TYPY	CO NAJMNIEJ 2	TAK	
6	MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA JEDNEGO ATP W STREFIE VF			TAK- 10PKT NIE-0 PKT
7	MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI			TAK -10PKT NIE - 0

8	MOŻLIWOŚĆ ZAPAMIĘTANIA I ZAPROGRAMOWANIA OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ			AUTOMATYCZNY WYBÓR – 10PKT ZAPAMIĘTANIE - 5 PKT BRAK 0 PKT
9	COIL SVC – PROGRAMOWAL-NY ON/OFF			TAK- 10PKT NIE- 0 PKT
10	STANDARYZOWANA ŻYWOTNOŚĆ	CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY	TAK	
11	ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE	JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE (WKRETKI) ZE ZNACZNIKIEM STOPY	TAK	
12	ALGORYTM DO UNIKANIA OVERSENSINGU ZAŁAMKA T		TAK	
13	DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.)	CO NAJMNIEJ 20	TAK	PROPORCJONALNIE 10 PKT
14	ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT	CO NAJMNIEJ 2	OPISAĆ	2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT
15	ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII	CO NAJMNIEJ 2	OPISAĆ	2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT
16	ALGORYTM UNIKANIA ZBĘDNEJ STYMULACJI KOMOROWEJ		TAK	
17	BUDOWA KOILI ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ	IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI	OPISAĆ	IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT
18	MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI Z PROGRAMATOREM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
19	AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI LUB USZKODZENIE ELEKTRODY (SYGNAŁ DŹWIĘKOWY LUB WIBRACYJNY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PACJENTA)		OPISAĆ	TAK – 10 PKT NIE – 0PKT
20	ŚREDNICA ELEKTRODY	CO NAJWYŻEJ 8F	TAK	

Część 4

Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR – w pakiecie:

-20 sztuk kardiowerterów-defibrylatorów ICD-DR

-20 sztuk elektrod defibrylujących do wyboru

-20 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	DOSTARCZONA ENERGIA DEFIBRYLACJI (J)	CO NAJMNIEJ 35	TAK	≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT
2	IMPULS DWUFAZOWY - RODZAJE	CO NAJMNIEJ 2	TAK	
3	WAGA KARDIOWERTERA (G)	CO NAJWYŻEJ 90	TAK	
4	IŁOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI	CO NAJMNIEJ 6	TAK	
5	TERAPIA ANTYARYTMICZNA-TYPY	CO NAJMNIEJ 2	TAK	
6	MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA JEDNEGO ATP W STREFIE VF			TAK- 5 PKT NIE-0 PKT
7	MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI			TAK -5 PKT NIE - 0
8	MOŻLIWOŚĆ ZAPAMIĘTANIA I ZAPROGRAMOWANIA OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ			AUTOMATYCZNY WYBÓR – 10PKT ZAPAMIĘTANIE - 5 PKT BRAK 0 PKT
9	COIL SVC – PROGRAMOWALNY ON/OFF			TAK- 5 PKT NIE- 0 PKT
10	STANDARYZOWANA ŻYWOTNOŚĆ	CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY	TAK	
11	ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE	JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE (WKRETKI) ZE ZNACZNIKIEM STOPY	TAK	
12	ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE	KONSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZJAWISKU FARFIELD	OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
13	PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO	MINIMUM 3 PARAMETRY (MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY)	OPISAĆ	DYNAMICZNY SENSING AMPLITUDY – 10 PKT

14	DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.)	CO NAJMNIEJ 20	TAK	PROPORCJONALNIE 10 PKT
15	ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT	CO NAJMNIEJ 2	OPISAĆ	2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT
16	ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMI	CO NAJMNIEJ 2	OPISAĆ	2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT
17	ALGORYTM UNIKANIA NIEPOTRZEBNEJ STYMULACJI KOMOROWEJ		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
18	ALGORYTM UNIKANIA OVERSENSIGU ZAŁAMKA T		TAK	
19	BUDOWA KOILI ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ	IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI	OPISAĆ	IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT
20	MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI Z PROGRAMATOREM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
21	AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI LUB USZKODZENIA ELEKTRODY (SYGNAŁ DŹWIĘKOWY LUB WIBRACYJNY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PACJENTA)		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE 0 - PKT
22	ALGORYTM RÓŻNICUJĄCY CZĘSTO-SKURCZ NADKOMOROWY OD KOMOROWEGO	CO NAJMNIEJ 1	TAK	
23	ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA	PASYWNE I AKTYWNE DO WYBORU AKTYWNE ZE ZNACZNIKIEM STOPY	TAK	

Część 5

Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD – w pakiecie :

- 20 sztuk kardiowerterów-defibrylatorów CRTD
- 20 sztuk elektrod prawokomorowych do wyboru
- 20 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru
- 20 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru
- 20 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	DOSTARCZONA ENERGIA IMPULSU (J)	CO NAJMNIEJ 35	TAK	≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT
2	IMPULS DWUFAZOWY - TYPY	CO NAJMNIEJ 2	TAK	
3	WAGA KARDIOWERTERA (G)	CO NAJWYŻEJ 100	TAK	
4	ALGORYTM UNIKANIA OVERSENSIGU ZAŁAMKA T		TAK	
5	IŁOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI	CO NAJMNIEJ 6	TAK	
6	RODZAJE TERAPII DLA VT		TAK , OPISAĆ	
7	MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI			TAK -5 PKT NIE – 0 PKT
8	ALGORYTM RÓŻNICUJĄCY CZĘSTOSKURCZ NADKOMOROWY OD KOMOROWEGO	CO NAJMNIEJ 1	TAK	
9	IŁOŚĆ STREF DETEKCJI	CO NAJMNIEJ 3	TAK	
10	ŻYWOTNOŚĆ STANDARYZOWANA	CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY	TAK	
11	ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE	JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU ELEKTRODY AKTY-WNE (WKRĘTKI) ZE ZNACZNIKIEM STOPY	TAK	
12	ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE	KONSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZJAWISKU FARFILD	OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
13	ELEKTRODY LEWOKOMOROWE	UNI- , BI-POLARNE , CO NAJMNIEJ 2 TYPY DO WYBORU O UDOWODNIONEJ FIKSACJI (WYPADA -NIE PONIŻEJ 3%)	TAK	
14	PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO	MINIMUM 3 PARAMETRY (MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY)	OPISAĆ	DYNAMICZNY SENSING AMPLITUDY – 5 PKT
15	DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.)	CO NAJMNIEJ 20	TAK	PROPORCJONALIE 10

16	ILOŚĆ ALGORYTMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH STYMULACJĘ RESYNCHRONIZUJĄCĄ		OPISAĆ	PROPORCJONALNIE 5 PKT
17	ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT	CO NAJMNIJ 2	OPISAĆ	2 – 0 PKT CO NAJMNIJ 3 – 5 PKT
18	ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMI	CO NAJMNIJ 2	OPISAĆ	2 – 0 PKT CO NAJMNIJ 3 – 5 PKT
19	MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ OPTIMALIZACJI OPÓŹNIENIA V-V I A-V		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
20	PROGRAMOWANY SVC COIL		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
21	MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
22	BUDOWA KOILI ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ	IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI	OPISAĆ	IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT
23	DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAŁOŻENIA PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJNY	ŚREDNICA CO NAJWYŻEJ 4,5F	OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
24	AUTOMATYCZNY WYBÓR OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
25	ALGORYTM DO TERAPII CRT W OBECNOŚCI PVT I TACHYARYTMII		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
26	AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA AF/AT		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
27	AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA ERI		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE - 0 PKT
28	AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA USZKODZENIA ELEKTRODY		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
29	ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA	PASYWNE LUB AKTYWNE DO WYBORU AKTYWNA ZE ZNACZNIKIEM STOPY	TAK	

Część 6

Intraducery :

-200 sztuk intraducerów

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	WYMIAR	8F-11F DOWYBORU	TAK	
2	DŁUGOŚĆ KOSZULKI ROZRYWALNEJ	>=13 CM	TAK	
3	DŁUGOŚĆ PROWADNIKA J	>=40 CM	TAK	
4	DŁUGOŚĆ IGŁY	>=7 CM	TAK	

Część 7

Systemy do intubacji zatoki wieńcowej :

- 5 sztuk kateterów o zmiennej deflektacji

- 20 sztuk cewników subselekcyjnych

- 10 sztuk cewników do intubacji o specjalnych krzywiznach

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	RODZAJE KATETERÓW	- O ZMIENNEJ , STEROWALNEJ DEFLEKTACJI - ZEWNĘTRZNE CEWNIKI PROWADZĄCE - WEWNĘTRZNE , SUBSELEKTYWNE CEWNIKI PROWADZĄCE	TAK	
2	ILOŚĆ PŁASZCZYZN ODGIĘCIA KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI	CO NAJMNIJ 2	OPISAĆ	2PŁ-30PKT 3PŁ- 40 PKT
3	STEROWANIE KRZYWIZNĄ ODGIĘCIA KATETERA	STEROWNIK MANUALNY	TAK	
4	ŚWIATŁO KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI	UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZENIE PROWADNIKA 0,38'' I PODAWANIE KONTRASTU	TAK	
5	KATETERY O ZMIENNEJ DEFLEKTACJI - RODZAJE	O RÓŻNYCH ZAKRESACH DŁUGOŚCI DEFLEKTACJI	OPISAĆ	
6	CEWNIKI ZEWNĘTRZNE	CO NAJMNIJ 5 RODZAJÓW	TAK , OPISAĆ	5 RODZ-10PKT 6 RODZ-20PKT 7 RODZ-30PKT
7	CEWNIKI WEWNĘTRZNE , SUBSELEKTYWNE	CO NAJMNIJ 2 RODZAJE	TAK , OPISAĆ	2 RODZ-0PKT 3 RODZ-5 PKT 4 RODZ-10PKT 5 RODZ-20PKT 6 RODZ-30PKT

8	MARKERY KOŃCÓWKI KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI	CO NAJMNIJ 2	TAK , OPISAĆ	
9	MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA ZEWNETRZNEGO	CO NAJMNIJ 2	TAK , OPISAĆ	
10	MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA WEWNĘTRZNEGO	CO NAJMNIJ 1	TAK , OPISAĆ	

Część 8

Elektrody endokawitarne do stymulacji czasowej :

- 100 sztuk elektrod do stymulacji czasowej

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	ŚREDNICA	6F	TAK	
2	POLARYZACJA	DWUBIEGUNOWE	TAK	
3	MARKERY ODLEGŁOŚCI		TAK	
4	POWIERZCHNIA STOPY		OPISAĆ	PŁASKA - 50 PKT OBŁA - 20 PKT OSTRA – 0 PKT
5	PRZEKRÓJ KOŃCÓWKI		OPISAĆ	TRAPEZOIDALNY ROZSZERZONY KU KOŃCOWI – 50 PKT INNY – 0 PKT
6	GIĘTKOŚĆ ELEKTRODY	MINIMALIZACJA MOŻLIWOŚCI PERFORACJI – OPINIE UŻYTKOWNIKÓW POWYŻEJ 200 SZTUK	TAK	

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest określić warunki dostępu do korzystania z kontrolera stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego . Konieczne jest dostarczenie 2 kontrolerów (Poradnia , Oddział) oraz dostarczać sprzęt z co najmniej 9-miesięczną datą ważności

Część 9

Papier rejestracyjny do drukarki defibrylatora op 10

-drukarka 40457C firmy Philipsd

Część 10

Wielofunkcyjne elektrody kompatybilne z elektrodami firmy Philips typu Adulto Plus (1 op=10kpl)

op 4

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do elektrostymulacji, papieru i elektrod dla Oddziału Kardiologii

- a) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- b) Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- c) oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.....
podpis uprawnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy

WYKAZ DOPUSZCZEŃ OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do elektrostymulacji, papieru rejestracyjnego i elektrod dla Oddziału Kardiologii

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których, oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Lp.	Nr pakietu i poz. której dotyczy	Nazwa asortymentu	Nr katalog.	Nazwa jednostki dopuszczającej	Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np. wpis, CE itp.)	Nr.dokumentu lub data wystawienia

....., dnia.....

.....
podpis upoważnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ / 11

W dniu ... 2011 r., w Częstochowie,
pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,
który reprezentuje:

Dyrektor -
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą:,

REGON:, NIP:,

którą reprezentuje:

.....
zwaną dalej WYKONAWCĄ,

wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r nr 113 poz. 759/, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do elektrostymulacji (stymulatory do terapii resynchronizującej CRT; stymulatory do terapii resynchronizującej , przedsionkowej CRT-A; kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VR; kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR; kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD;intraducery; systemy do intubacji zatoki wieńcowej; elektrody endokawitarne do stymulacji czasowej) papier rejestracyjny, elektrody dla Oddziału Kardiologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że asortyment objęty niniejszą umową posiadają dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy i zostaną dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

§2

Umowa zostaje zawarta na okres: 12 m-cy od daty zawarcia.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny przedmiotu zamówienia zawarte w załączonych formularzach asortymentowo-cenowych ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 6.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie brutto (słownie:))

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 5-ciu dni roboczych licząc od dnia telefonicznego lub faksowego złożenia tego zamówienia, przez osobę wskazaną w ust. 3.

- 3.** Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
- 4.** Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
- a)** jakkolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin gwarancji krótszy niż miesięcy i terminu ważności nie krótszy niż m-cy licząc od dnia dostarczenia,
 - b)** jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
 - c)** jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
 - d)** dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT,
 - e)** dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 2, 3.
- 5.** Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
- 6.** W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 3 do:
- a)** uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych braków,
 - b)** wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia tych wad.
- 7.** Na czas trwania umowy zapewniamy dostęp do korzystania z kontrolera stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego oraz dostarczymy 2 kontrolery (Poradnia, Oddział)
- 8.** Umowa będzie wykonywana zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 3 niniejszej umowy
- 9.** W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych na następujących zasadach:
- a)** Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem asortymentu, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
 - b)** Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
 - c)** Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu..
 - d)** Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
 - e)** Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
 - f)** Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
 - g)** Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
 - imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
 - czas trwania poszczególnych szkoleń.

§5

- 1.** Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.
- 2.** Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z pomnożenia ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych brutto zawartych w formularzu asortymentowo- cenowym załączonym do niniejszej umowy.
- 3.** Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- 4.** W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
- 5.** Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego – art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz.654).
- 6.** Ponadto bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego wierzycielności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do art. 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej Stronę stosunku zobowiązaniowego wynikające z realizacji

niniejszej umowy.

7. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

8. W okresie trwania umowy – na każdej wystawionej fakturze – Wykonawca umieści numer niniejszej umowy.

9. Zapis o zakazie cesji, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w fakturach.

10. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej na podstawie i wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku (...) - Dz. U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.

§6

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) Zmiany korzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

b) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

2) Zmiany niekorzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

b) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażąca strata, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.

3) Zmiany neutralne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

b) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości szt/kpl przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

c) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,

d) dopuszczalna jest zmiana na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w §4 ust. 6 – karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

c) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty odsetkowej obejmującej naliczoną karę umowną.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8


Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrzných wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1 Strona 30 z 30

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrzných wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:		Zlecający:	
Przedstawiciel Wykonawcy:		Przedstawiciel Szpitala:	
Data:		Data:	
Podpis		Podpis	