



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

### Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 06 .11.2012r.

#### Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

### WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

[Dostawa montaż i uruchomienie myjni do basenów](#)

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/100/ 3224 /12

### WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

#### Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- Wymagania techniczne:

**Pytanie1)** p. 7 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym wiadra myte są bezpośrednio w komorze myjącej i nie wymagają dodatkowego uchwytu?

**Odpowiedź:** [Tak, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.](#)

**Pytanie2)** p. 11 – Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez urządzenie dyszy teleskopowo-rotacyjnej. Jest to autorskie rozwiązanie jednego producenta – firmy Meiko, nie wymagane przez przepisy. Wprowadzenie takiego zapisu ogranicza konkurencję i nie pozwala startować w przetargu firmom oferującym maszyny innych producentów.

**Odpowiedź:** [Zgodnie z SIWZ.](#)

**Pytanie3)** p. 19 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o szerokości 545mm co nieznacznie odbiega od wymagań SIWZ?

**Odpowiedź:** [Zamawiający dopuszcza.](#)

**Pytanie4)** p. 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w mechaniczne suszenie strumieniem powietrza lecz w suszenie konwekcyjne? Norma PN-EN ISO 15883-1 nie definiuje w jaki sposób naczynia mają być suszone, a rozwiązanie z mechanicznym nawiewem powietrza jest opatentowane przez jednego producenta – firmę Meiko. Pozostawienie takiego zapisu ogranicza konkurencję tylko do podmiotów oferujących produkty tej firmy.

**Odpowiedź:** [Zgodnie z SIWZ.](#)

**Pytanie5)** p. 22 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wytwarzające hałas na poziomie 51Db, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ? Zgodnie z przepisami dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60dB.

**Odpowiedź:** [Zamawiający dopuszcza.](#)

**Pytanie6)** p. 24 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy 5,05 kW? Wyższa moc grzewcza pozwala na skrócenie cyklu pracy, nie ma zaś wpływu na koszty eksploatacji urządzenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie7)** p. 41 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie kodów serwisowych po upływie okresu gwarancji? Wcześniejsze przekazanie kodów powinno skutkować dla Oferenta zdjęciem odpowiedzialności za urządzenie z tytułu gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie8)** p. 43 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę by certyfikaty dla personelu technicznego były ważne od momentu upływu okresu gwarancji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie9)** p. 5 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez opcji dezynfekcji chemicznej? Oferowane urządzenie posiada dezynfekcję termiczną oraz możliwość zastosowania płynu myjącego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie10)** p. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zbiornikiem na wodę wykonanym z trwałych polimerów?

Czy Zamawiający dopuści urządzenie niezespalone z wytwornicą pary?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie11)** p. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą mycia wykonaną z trwałych polimerów?

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez opcji mycia wiader 20L?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie12)** p. 11 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dyszy teleskopowej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie13)** p. 14 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez opcji bezprzewodowego zapisu na PC?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie14)** p. 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię-dezynfektor posiadającą optyczne informacje o usterkach bez akustycznej informacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie15)** p. 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię-dezynfektor posiadającą 2 programy na panelu sterowania oraz dodatkowe w pamięci urządzenia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie16)** p. 18 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dodatkowym miejscem na pojemnik ze środkiem myjącym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie17)** p. 19 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 580mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie18)** p. 21 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody 26L przy intensywnym programie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie19)** p. 22 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o maksymalnym poziomie wytwarzanego hałasu 53db?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie20)** p. 19 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię-dezynfektor posiadającą optyczne informacje o usterkach i opcjonalnie akustyczne na życzenie Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie21)** p. 24 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie 1 fazowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem max. wartości poboru mocy.

**Pytanie22)** p. 26 - Czy Zamawiający dopuść urządzenie o odpływie 110mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie23)** p. 27 - Czy Zamawiający dopuść baseny o innych wymiarach pasujących do oferowanego urządzenia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie24)** p. 28 - Czy Zamawiający dopuść środek odkamieniający, nie nablyszczający?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie25)** p. 29 - Czy Zamawiający dopuść środek myjący w miejsce myjąco-dezynfekującego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie26)** p. 30-32 - Czy Zamawiający zrezygnuje z regału i stelaży?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie27)** p. 37 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu aparatury zastępczej?

**Odpowiedź:** Zamawiający zrezygnuje.

#### **Dotyczy terminu wykonania zamówienia**

**Pytanie28)** Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 9 tygodni?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- Wymagania techniczne:**

**Pytanie29)** Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w załączniku Nr 5 do SIWZ )Parametry Techniczne Myjni do basenów) w opisie 00wymagań technicznych w tabeli pkt. 7 „Komora mycia ze stali nierdzewnej o pojemności pozwalającej na mycie i dezynfekcje uchwyty standardowego: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka lub 3 kaczki oraz dla uchwytów specjalistycznych pojemników (wiader 20l)” nie nastąpiła pomyłka? Zgodnie z PN EN ISO 15883-3 (scan str 4 – w załączeniu) myjni tego typu są przeznaczone do: opróżniania, spłukiwania, czyszczenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, przeznaczonych do powtórnego użycia takich jak:

- przenośne pojemniki sanitarne
  - wsporniki do basenów jednorazowych
  - miski szpitalne
  - butelki na mocz
  - butle do ssaków
  - produkty podobne do powyższych i używane w podobnych celach...
- ...a nie do wiader 20 litrowych wykorzystywanych do sprzątania.

Tym samym, przy określonych przez Zamawiającego wymiarach zewnętrznych urządzenia, umieszczenie w komorze myjącej wiadra 20l może być kłopotliwe lub niewykonalne (stosując tym bardziej dedykowany uchwyt)

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępni się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **09.11.2012r. godz. 10.00** termin składania ofert.

**ZATWIERDZIŁ:**

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**  
**Kazimierz Pankiewicz**