

Częstochowa, dn.06.10.2016r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: DAZ.26.086.2016

dot. przetargu nieograniczonego: [DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH.](#)

L.dz. 2528 /16

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Wzór umowy par.5 ust.1 pkt.4). Prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż wymóg oznaczenia faktury nr serii i datą ważności dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 2

Wzór umowy par.7 ust.5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw w przypadku, gdy zwłoka w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy nie przekracza 60 dni.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 3

W zadaniach nr 1,2,3,4,5,6, 8 zamawiający wymaga dokonania kalibracji urządzeń w przypadku zmiany produktów obecnie używanych na produkty inne równoważne. Prosimy zatem o informację jakie produkty zamawiający użytkuje obecnie w posiadanych urządzeniach?

Odpowiedź: [W odpowiedzi na zapytanie przedstawiam preparaty obecnie stosowane przez Zamawiającego:](#)

1. Część nr 1 poz.1 - Sekumatic FDR
2. Część nr 1 poz.2 - Sekumatic FKS
3. Część nr 2 poz.1 - Domen SK 22
4. Część nr 2 poz.2 - Domen RS 100
5. Część nr 3 poz.1 - Neodisher SBR ekstra
6. Część nr 3 poz.2 - Neodisher SBK
7. Część nr 4 poz.1 - Anios LB 400
8. Część nr 4 poz.2 - Anios Lb 20
9. Część nr 5 poz.1 - Termo clear
10. Część nr 6 poz.1 - Termosept ER
11. Część nr 6 poz.2 - Termosept ED
12. Część nr 8 poz.1 - Suma Tera L 56 - do zmywarki Whirlpool WP – MOD/650/WP
Część nr 8 poz.1 - Hi- Prem Wash - do zmywarki Silanos model 802122
13. Część nr 8 poz.2 - Suma Crystal A8 - do zmywarki Whirlpool WP – MOD/650/WP
Część nr 8 poz.2 - Hi – Prem Rinse - do zmywarki Silanos model 802122
14. Część nr 8 poz.3 - Suma Calc D5 - do zmywarki Whirlpool WP – MOD/650/WP

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 8:

jako, że zamawiający jest posiadaczem sprzętu wymienionego w poz. nr 8 , zapewne posiada również kartę techniczną ww. urządzenia oraz kartę gwarancyjną z określonymi zaleceniami w kwestii użytkowania - prosimy zatem o :

a) określenie czy urządzenie jest w trakcie okresu gwarancyjnego?

Odpowiedź: NIE.

b) wskazanie zaleceń producenta w kwestii rodzaju środków (zarówno tych wymienionych z nazwy ,jak również innych równoważnych - jakie muszą posiadać parametry dopuszczające do stosowania, a także jakie parametry produktu stanowią, iż nie może być używany w danej myjni), które mogą być używane w myjni ?

Odpowiedź: Według posiadanych dokumentów w zmywarkach należy używać płynów myjących i nablyszczających przeznaczonych do zmywarek przemysłowych. W związku z powyższym Załącznik nr 2, część nr 8, punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Zamawiający wymaga oświadczenia od Wykonawcy, że płyny które zaoferował Wykonawca, mogą być stosowane w zmywarkach przemysłowych. Wykonawca zobowiązuje się także, do pokrycia na własny koszt naprawy sprzętu, w przypadku awarii, jaka wyniknąć może podczas trwania umowy z winy preparatu zaoferowanego przez Wykonawcę. W przypadku awarii sprzętu z winy dostarczenia niewłaściwego środka myjącego i nablyszczającego, zlecenie naprawy będzie oparte na podstawie raportu serwisowego, jaki przedstawi autoryzowany Serwis producenta urządzenia”.

Zamawiający załącza obowiązujący wzór formularza asortymentowo - cenowego dotyczącego części 8 - załącznika nr 2 do SIWZ .

Pytanie nr 5 -Poz. 8 i 9

Zamawiający wymaga aby wykonawca pokrył koszt ewentualnej naprawy urządzenia na podstawie raportu serwisowego , jaki przedstawi autoryzowany serwis producenta urządzenia - prosimy o zmianę zapisu aby ewentualne szkody i ich przyczyny oceniała "niezależna instytucja" kontrolująca i opiniująca, jednocześnie posiadająca stosowne uprawnienia do tego rodzaju czynności. Zastosowanie takiego wymogu będzie gwarantem obiektywności i rzetelności w przypadku powstania ewentualnych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o podanie nazwy preparatu obecnie stosowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Obecnie stosowany preparat przez Zamawiającego – Sekumatic FKS.

Pytanie nr 7 Pakiet 2 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jeden preparat który spełnia kryteria poz. 1 i 2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 Pakiet 3 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jeden preparat który spełnia kryteria poz. 1 i 2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny lekko alkaliczny o pH 10?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy Części nr 10, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści by maty były wysłane w ramach realizowanej umowy w opakowaniu zbiorczym po 6 mat (1 mata+ 30 listków).

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 11 Dotyczy SIWZ, Rozdział VII, punkt 2:

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy w przypadku przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, wraz z ofertą przetargową, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku ponownego jej przekazywania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust.5 Ustawy.

Odpowiedź: Stosownie do opinii opublikowanej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych cytuję:

„W świetle art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy przepis stosuje się w połączeniu z normą wyrażoną w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, który to przepis nakazuje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obydwa ww. przepisy mają na celu przeciwdziałać naruszaniu zasady uczciwej konkurencji poprzez składanie kilku ofert / ofert częściowych lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez podmioty dzielące jeden ośrodek decyzyjny (w ramach grupy kapitałowej) w tym samym postępowaniu (w tej samej części zamówienia). Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp znajduje zastosowanie w przypadku złożenia przynajmniej dwóch takich ofert, co oznacza, że nie daje on podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. Tym samym, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), nie mamy do czynienia z naruszaniem zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu poprzez udział co najmniej podmiotów funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej. Brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie może w takim przypadku nawet potencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzie nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W związku z powyższym wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, staje się również zbędne."

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w części 10 w poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie mat dekontaminacyjnych, które pakowane są w opakowanie po 6 mat, a każda mata po 40 folii z odpowiednim przeliczeniem ilości? Każda mata posiada mamy nieprzylepny pasek/kwadracik z numeracją warstw na każdej macie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

W związku z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i przesuwają termin otwarcia ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: **12.10.2016 r.**, godz.10:00

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: **12.10.2016 r.**, godz.10:15

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek.med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz