

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego na:  
**dostawę rękawic medycznych jednorazowego  
użytku niesterylnych i sterylnych**  
W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/088/3108 /13

### **WYJAŚNIENIA treści SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

#### **Pytanie 1- dotyczy –Części 3, poz. 1**

1. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny zgodnie z ASTM F 1671 ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 2 –dotyczy- Części 3, poz. 2**

1. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitylowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny zgodnie z ASTM F 1671 ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitylowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitylowych podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. II ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitylowych konfekcjonowanych po 150 szt. odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 3-dotyczy- Części 3, poz. 1-2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice były wyprodukowane w zakładach, w których jest wdrożony System Zarządzania Jakością EN ISO 13485, Wyroby Medyczne- System Zarządzania Jakością – Zgodność z Wymaganiami Zasadniczymi, co będzie poparte certyfikatem ISO 13485.

Jednocześnie zaznaczamy, że zapis taki uchroni Zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Wyjaśniamy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji, gdyż większość firm oferujących rękawice taki certyfikat posiada.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic w opakowaniach zróżnicowanych kolorystycznie wg rozmiaru?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 4 – dotyczy- Części 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o dł. 240 mm z rozróżnieniem rozmiarów kolorami opakowań przy reszcie parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5 – dotyczy- Części 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitylowe mikroteksturowane bez tekstury na końcach palców przy reszcie parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6 – dotyczy -Części 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe o wytrzymałości na rozerwanie  $\geq 350$  % przy reszcie parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7 – dotyczy- Części 8**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein lateksowych poniżej 70  $\mu\text{g}$ ? oraz z zawartością pudru 72 mg na 1 rękawiczkę?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 8- Dotyczy - Części 2, poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych w opakowaniu 200szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9- Dotyczy - Części 3, poz. 2**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w rozmiarach XS-L- opakowanie a 200szt, rozmiar XL opakowanie a 180 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10- Dotyczy - Części 8, poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,17 mm i grubości na dłoni 0,15mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 11- Dotyczy - Części 9, poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych w papier powlekany folią polietylenową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic pakowanych w papier powlekany folią polietylenową z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 12- Dotyczy - Części 9, poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 13- Dotyczy - Części 10, poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości minimalnej 285mm ze specjalna warstwą antypoślizgową ułatwiającą pewny chwyt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min.: dla rozmiaru 6,5 – 285mm, 7,0-7,5 – 290 mm, 8,0-295 mm., z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 14- Dotyczy - Części 11, poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. dla rozmiaru 7,0 i 7,5 -290mm i dla rozmiaru 300mm dla rozmiaru 8,0 i 8,5?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o długości min. dla rozmiaru 7,0 i 7,5 -290mm i 300mm dla rozmiaru 8,0 i 8,5 z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 15- Dotyczy -Części 1:**

Czy można zaoferować rękawice lateksowe bezpydrowe o długości  $\geq 240$  mm w rozmiarach od XS do XL?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 16- Dotyczy -Części 2:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 374-3?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 17- Dotyczy -Części 8:**

Czy można zaoferować rękawice chirurgiczne o parametrach:

- zawartość protein poniżej 80  $\mu\text{g}$
- długość w rozm. 6,5 -  $\geq 260$  mm
- grubość na palcu 0,20+/- 0,02, na dłoni 0,19+/- 0,02.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza - długość w rozm. 6,5 -  $\geq 260$  mm z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 18- Dotyczy- Części 9:**

1.Czy można zaoferować rękawice chirurgiczne o długości min 260 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2.Czy Zamawiający nie popełnił omyłki podając wymiar wolnego marginesu zapewniającego aseptyczne otwieranie 15 cm? Czy Zamawiający miał na myśli margines min 1,5 cm?

**Odpowiedź: Wymiar wolnego marginesu zapewniającego aseptyczne otwieranie winien wynosić min. 1,5 cm.**

**Pytanie 19- Dotyczy- Wzoru umowy:**

1.Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: TAK- od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu pierwszym w § 7 ust. 5 wzoru umowy dopisać słowa „*chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni?*”

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 7 ust. 5 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, dotychczasowa treść § 7 ust. 5 wzoru umowy pozostaje w sprzeczności z np. art. 552 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 11 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „*oraz jedną kopię?*”

Zapis w § 7 ust. 11 wzoru umowy o obowiązku dostarczenia wraz z towarem zarówno oryginału, jak i kopii faktury, wynika prawdopodobnie z pomyłki. Kopia faktury jest przeznaczona dla wykonawcy i nie jest potrzebna Zamawiającemu.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), nabywca towaru otrzymuje jeden egzemplarz faktury.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

4.Zważywszy na treść § 8 ust. 1 pkt 8) i 11) oraz § 10 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zgodnie z propozycją.” Dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępianiem od umowy, nawet w części, jednak ograniczenie nie przekroczy 20 % wartości brutto umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.”**

**Zamawiający wprowadzi ten zapis do umowy zawartej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.**

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt 13) o następującej (lub podobnej) treści: „*dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?*”

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

6. O jakie konkretnie odpady chodzi w pkt 2.6 załącznika do umowy? Czy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, będzie zobowiązany do wywożenia odpadów z terenu Zamawiającego?

**Odpowiedź: Niniejszy punkt dotyczy tylko dostawców usług i robót budowlanych. Nie ma zastosowania w przypadku dostaw.**

#### **Pytanie 20- Dotyczy-Części 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych z normą EN 455, oznaczonych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 455, EN 374, EN 420)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice zgodne z normą EN 455, oznaczone jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 455, EN 374, EN 420), z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

#### **Pytanie 21- Dotyczy-Części 2**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 455, EN 374, EN 420)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 455, EN 374, EN 420), z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

2/ Czy w związku z tym, że Zamawiający stosuje rękawice w kontakcie z cytostatykami, będzie oczekiwał rękawic do podwyższonego ryzyka, tj. grubszych - min. 0,13mm na palcu, przebadanych na przenikalność cytostatyków, z oznaczeniem poziomów ochrony co najmniej pięciu cytostatyków na opakowaniu, dla ułatwienia natychmiastowej identyfikacji rękawic?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice do podwyższonego ryzyka, tj. grubsze - min. 0,13mm na palcu, przebadane na przenikalność cytostatyków, z oznaczeniem poziomów ochrony co najmniej pięciu cytostatyków na opakowaniu, dla ułatwienia natychmiastowej identyfikacji rękawic, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

#### **Pytanie 22- Dotyczy-Części 3, poz. 1**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic produkowanych w specjalnej technologii zapewniającej odpowiednią chwytność rękawicy, nieśliskich, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania a'100szt w rozmiarze XS, S, M, L i 90szt. w rozmiarze XL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane w opakowania a'100szt w rozmiarze XS, S, M, L i 90szt. w rozmiarze XL, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

#### **Pytanie 23- Dotyczy-Części 8**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zawartości pudru 80µg/g rękawicy, jak w dotychczas z powodzeniem stosowanych w Państwie Placówce rękawicach. Opisane w tej pozycji rękawice wskazują na jednego wykonawcę firmę Zarys, to narusza zasadę uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości rękawicy min. 260mm w rozmiarze 6,0 i 6,5 oraz min. 270mm w rozmiarze 7,0-8,0.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długości rękawicy min. 260mm w rozmiarze 6,0 i 6,5 oraz min. 270mm w rozmiarze 7,0-8,0 z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

3/ Czy Zamawiający poprzez opakowanie zewnętrznie papier-folia miał na myśli opakowanie papierowe foliowane obustronnie od wewnątrz, zapobiegające przedostawaniu się wilgoci?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie papierowe foliowane obustronnie od wewnątrz, zapobiegające przedostawaniu się wilgoci, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

4/ Czy rękawice mają być przebadane pod kątem przenikalności dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz zgodnie z EN - 374 (raport z wynikami badań) i EN 420, EN 388.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

5/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z prostym mankietem z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 24- Dotyczy-Części 9**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o  $AQL \leq 1,5$ , zgodnie z normą EN 455-1.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 265mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min. 265mm, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli łatwe do wyjmowania opakowanie, min. 1,5 cm wolny margines, tak jak w części nr 8?

**Odpowiedź: TAK-Zamawiający wymaga 15 mm marginesu.**

#### **Pytanie 25- Dotyczy-Części 10**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetycznych, lateksowo-nitrylowych, całkowicie syntetycznych w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika, o  $AQL < 1$  po zapakowaniu, spełniających pozostałe parametry SIWZ. Opisana w tej pozycji rękawica wskazuje na jednego wykonawcę co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 270mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min. dla 6,5 – 285 mm, dla 7,0-7,5 290 mm, dla 8,0 – 295mm, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli łatwe do wyjmowania opakowanie, min. 1,5cm wolny margines, tak jak w części nr 8?

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający wymaga 15 mm marginesu.**

#### **Pytanie 26- dotyczy - wzoru Umowy:**

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Zapis o zmianie podatku VAT będzie w pełni zgodny z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zmiany są zupełnie niezależne od wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysyłania oferty przetargowej. Należy także zaznaczyć, iż stawki podatku Vat mogą być obniżane lub podwyższane przez ustawodawcę. Brak odpowiednich uwarunkowań zmiany podatku Vat w umowie, w przypadku obniżenia stawek podatkowych może być dla Zamawiającego niekorzystny i uniemożliwić ustanowienie nowych niższych cen brutto.

Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu:

*„W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.*

Uwzględnienie powyższej propozycji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowej realizacji umów podpisanych po zakończeniu postępowania przetargowego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 27- dotyczy - Części 1, poz.1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek o dł. 240 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 28- dotyczy -Części 2, poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej kl. III i spełniających wymagania stawiane wyrobom medycznym, pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, teksturowanych na palcach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawiczek zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej kl. III i spełniających wymagania stawiane wyrobom medycznym, pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, teksturowanych na palcach, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 29- dotyczy -Części 3, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek o AQL 1,0 spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawiczek o AQL 1,0 z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 30- dotyczy -Części 4, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek o AQL 1,0 z rolowanym mankietem spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawiczek o AQL 1,0 z rolowanym mankietem z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 31- dotyczy Części 1, poz. 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek o grubości: na palcu 0,20mm +-0,02, na dłoni 0,18 +- 0,02, na mankiecie 0,11+-0,02mm, pakowanych podwójnie w opakowanie papierowe, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: W Części 1 Formularza asortymentowo –cenowego do SIWZ nie występuje poz. 15.**

**Pytanie 32- dotyczy -Części 12, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek o AQL 0,65, zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej kl. III, spełniających wymogi wyrobu medycznego z materiału multipolimerowej formuły kauczuku butadienowego – akrylonitrylowego z domieszką polichloroprenu spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawiczek o AQL 0,65, zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej kl. III, spełniających wymogi wyrobu medycznego z materiału multipolimerowej formuły kauczuku butadienowego – akrylonitrylowego z domieszką polichloroprenu, jeżeli spełniają wymagania pracy z cytostatykami i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 33- dotyczy-Części 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitylowe, pakowane a 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 34- dotyczy-Części nr 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic z mankietem prostym lub prostym z taśmą samoprzylepną, spełniające wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic z mankietem prostym lub prostym z taśmą samoprzylepną, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 35- dotyczy-Części nr 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic neoprenowych z mankietem prostym z taśmą samoprzylepną pakowanych w papier foliowany, spełniające wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 36- dotyczy-Części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic ortopedycznych z mankietem prostym z opaską samoprzylepną o długości min. 290mm w każdym rozmiarze, pakowanych w papier foliowany, spełniające wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 37- dotyczy-Części nr 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic z mankietem prostym z taśmą samoprzylepną, spełniające wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic z mankietem prostym z taśmą samoprzylepną, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 38- dotyczy Część 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zawartości pudru **80 mg/dm<sup>2</sup>** rękawicy, jak w dotychczas z powodzeniem stosowanych w Państwa Placówce rękawicach. Opisane w tej pozycji rękawice wskazują na jednego wykonawcę firmę Zarys, to narusza zasadę uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice o zawartości pudru 80 mg/dm<sup>2</sup> rękawicy, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.**

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Bronisław Morawiecki

