

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (034) 367-36-74

Częstochowa, dnia 27 lipca 2012 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/057/12/1692

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wyposażenie medycznego Oddziału Hematologii” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytania dot. Pakietu Nr 4

Pytanie Nr 1

Zamawiający wymaga: „ergonomiczna nasadka okularowa”. Czy Zamawiający wymaga nasadki z okularami pochylonymi pod stałym, ergonomicznym kątem 30°? Czy też Zamawiający wymaga ergonomicznej nasadki z regulacją kąta pochylenia okularów w zakresie min. 8°-30°?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga nasadki okularowej pochylonej pod stałym kątem 30 stopni.

Pytanie Nr 2

Zamawiający określił parametry konkretnych obiektywów mikroskopowych (np. CFI E Plan Achromat 10x) produkowanego przez jedną firmę. Czy Zamawiający dopuszcza obiektywy klasy PLAN Achromat o powiększeniach 10x, 20x, 40x, 100x (immersyjny) innych producentów?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza obiektywy klasy Plan Achromat o powiększeniach 10x,20x,40x,100x, które spełniają minimalne wymagania zawarte w SIWZ.

Pytania Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z obiektywami korygowanymi na nieskończoność o długości 45mm ? Obiektywy te zapewniają doskonały, ostry, wyrazisty, pozbawiony aberracji obraz preparatu. Długość fokalna obiektywu nie ma wpływu na jakość obrazu ?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga obiektywów o długości optycznej 60 mm lub większej.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop bez systemu „refocusing” (system szybkiej wymiany preparatów bez konieczności ponownego ustawiania ostrości pokrętłami mikro i makro)? Każdy preparat mikroskopowy ma swoją indywidualną głębię ostrości i zawsze trzeba dobierać indywidualne ustawienia ostrości przy pomocy pokrętła mikro-makro aby obserwować wyraźnie

preparat. System „refocusing” powraca do poprzednich ustawień nie zawsze odpowiednich do obserwacji nowego preparatu ?.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga mikroskopu z systemem szybkiej wymiany preparatów bez konieczności ponownego ustawiania ostrożności śrubami makro/mikro. Usprawni to pracę z większą ilością preparatów.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z zakresem ruchu stolika 75x50mm? Taki zakres umożliwi obserwację całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych ?.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza mikroskop z zakresem ruchu stolika 75 x 50 mm .

Pytania dot. Pakietu Nr 2

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej (4 szt.) z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 2 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej (4 szt.) wyposażone w materac w osłonie o wymiarach 200 x 88 x 10, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne (10 szt.) z regulacją wysokości w zakresie 390-830, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne (10 szt.) wyposażone w materac w osłonie o wymiarach 200 x 88 x 10, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe (8 szt.) wyposażone w materac w osłonie o wymiarach 200 x 84 x 10, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.) z górną szufladą wyposażoną we wkład z podziałem na 3 części?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający dopuści szafę lekarską dwudrzwiową o szerokości 900 mm i głębokości 420 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający dopuści stół do badań z podnoszeniem wysokości (1 szt.) z kątem odchylenia siedziska 0-15°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 14

Czy pozycja 110 nie jest przypadkowo (błędnie) wskazana przy wózku wielofunkcyjnym?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający dopuści wózek ortopedyczny siedzący o głębokości użytkowej siedzącej 41 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 16

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji na zgłoszenia awarii max. 3 dni?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 17

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy renomowanej marki LIFEPAK, spełniający większość parametrów wymaganych, którego czas monitorowania pacjenta wynosi 210 minut lub 140 wyładowań z energią 360J, z czasem ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii - 360J poniżej 10s ?.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści.

Pytanie Nr 18

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 1, przedmiot zamówienia – defibrylator (szt. 1) ?. Pozwoli to na dopuszczenie do postępowania większej liczby oferentów, co znacznie wpłynie na cenę urządzenia.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**

Kazimierz Pankiewicz

Otrzymują:

1. Adresaci
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń
3. a/a