

SZANOWNI PAŃSTWO !

Dotyczy: : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „ Materiałów opatrunkowych „ (znak sprawy : **W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 049 / 11**) , realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

W odpowiedzi na zapytania (o poniższej treści) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 : Dotyczy -Pakietu 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **poz. 1** następującego zestawu:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, **łata chłonna 15x50 cm**

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, **łata chłonna 15x50 cm**

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Odpowiedź : Dopuszczamy.

W poz.2

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

2 ręczniki do rąk

1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny, 60 x 120 cm i z przesłoną 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270 / 230 x 260 cm, przesłona 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Odpowiedź : Jak w SIWZ

W poz. 3

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, **wzmocniona**

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zatwierdził :

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. Grzegorz Kupczak