



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dn. 26.06. 2019 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

Dostawa Zestawów do implantacji portu naczyniowego wysoko i nisko profilowego, portów naczyniowych niskoprofilowych (mikro) oraz sprzętu jednorazowego użytku

Znak sprawy: DEZ.26.060.2019

L.dz. 6436/19

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1: dot. Pakietu nr 4, pozycja nr 2: „ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł typu Huber w poniższych rozmiarach: 19G/2cm, 20G/2cm/2,5cm, 22G/2cm/2,5cm”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły wskazane w zapytaniu.

Pytanie 2: dot. Pakietu nr 4, pozycja nr 2: „ Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje igieł do długotrwałych wlewów (posiadających przezroczysty korpus, odpinane skrzydełka oraz miękką gąbkę od strony pacjenta?”

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: dot. Pakietu nr 4: „Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły były kompatybilne z portami dożylnymi wymaganymi w części nr 2 i 3 tj. aby umożliwiały szybkość przepływu środka kontrastowego dla igły G20 5 ml/s z maksymalnym ciśnieniem iniekcji powyżej 300 psi?”

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępni się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ, zgodnie z zapisami art. 12a ustawy PZP.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **01.07.2019** r., godz. **9.00**, termin otwarcia ofert: **01.07. 2019** r., godz. **9.30**

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

ZBIGNIEW BAJKOWSKI

