

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
dostawę sprzętu jednorazowego użytku
W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/065/2495 /13

WYJAŚNIENIA treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienie stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

1.Dotyczy Części 23.

Proszę wyjaśnić dlaczego Zamawiający opisał specyfikację w Części 23 w taki sposób żeby faworyzować testy paskowe do pomiaru glikemii iXell firmy Genexo sp. z o.o. Wymagania Zamawiającego dla testów iXell i wszystkich innych testów konkurencyjnych są teraz różne , przez co można podejrzewać, że Zamawiający nierówno traktuje wykonawców startujących do przetargu, naruszając regułę uczciwej konkurencji, niezgodnie z ustawą Pzp. W wymaganiach stawianych wobec dostawców innych testów Zamawiający żąda na przykład żeby enzym zawarty w pasku nie wchodził w reakcję krzyżową z tlenem. Ale enzym znajdujący się w paskach iXell, czyli oksydaza glukozy (GOD) wchodzi w taka reakcję, co jest następstwem sposobu działania enzymu(reakcja w której ten enzym bierze udział jest wrażliwa na zmiany poziomu tlenu we krwi, tlen może dawać interferencje wpływające na końcowy wynik, polecam literaturę fachową na ten temat) i nie może być wyeliminowane. Dalej można przeczytać, że błąd oznaczenia wykonywanego za pomocą testów konkurencyjnych nie może przekroczyć 10%. Dlaczego Zamawiający stawia testom konkurencyjnym to ostre kryterium, którego nie może spełnić raczej żaden z konkurentów (kryterium jest bardziej restrykcyjne niż w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2013 rok, które wymagają błędu poniżej 15mg/dl lub 15 % zależnie od zakresu stężenia glukozy), a błąd oznaczenia w przypadku samego systemu iXell wynosi przecież co najmniej 15 % , o czym można przeczytać w instrukcjach obsługi pasków i glukometru iXell?.

Innymi słowy, dlaczego Zamawiający tworzy różne warunki do startu w przetargu dla testów iXell i wszystkich innych testów konkurencyjnych wobec iXell?.

2.Dotyczy Części 23.

Dlaczego łamię Państwo przepisy ustawy Pzp, naruszając zasady uczciwej konkurencji poprzez postawienie produktom konkurencyjnym wobec testów paskowych iXell firmy Genexo bardzo trudne (wręcz uniemożliwiające start w przetargu) warunki do spełnienia, gdy tymczasem testy iXell nie spełniają takich samych warunków?. Zgodnie z SIWZ błąd pomiarowy testów konkurencyjnych ma wynosić <10% , tymczasem deklarowany błąd testów iXell przekracza 15%dla stężeń glukozy >przekraczając 10% dla wszystkich zakresów stężeń?. Testy paskowe iXell zawierające enzym GOD muszą interferować z tlenem, bo to wynika z przebiegu reakcji chemicznej zachodzącej w paskach z udziałem tego enzymu, jednak od testów konkurencyjnych wymagają Państwo żeby nie wykazywały takich interferencji?. Dlaczego promują Państwo firmę Genexo, która zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia może być teraz uprzywilejowanym i jedynym dostawcą testów paskowych do pomiaru glukozy w Państwa placówce?. Dlaczego stawiają Państwo na testy firmy, które według wyników ubiegłorocznego zewnętrznego badania przeprowadzonego przez ośrodek w Niemczech nie spełniły nawet wymagań normy ISO 15197:2010 dotyczących dokładności, nie mówiąc już o bardziej surowych wymaganiach PTD?.

Stanowczo domagam się zmiany SIWZ, faworyzowanie jednego wykonawcy jest niezgodne z obowiązującym prawem i budzi podejrzenia o występowanie praktyk korupcyjnych w Państwa szpitalu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza błąd oznaczenia wynoszący:
15% dla stężeń glukozy w osoczu krwi większy bądź równy 100mg/dl i 15 mg/dl dla
stężeń glukozy w osoczu krwi mniejszy niż 100mg/dl.
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy winni uwzględnić w treści składanej oferty oraz formularzach asortymentowo-cenowych

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Pzp przedłuży termin składania ofert umożliwiając Wykonawcom wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **26-09-2013 r. godz. 10:00**. Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień: **26-09-2013 r. godz. 10:15**.
Miejsce otwarcia ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Jarosław Madowicz