

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 13-02-2014r.

Oznaczenie sprawy:
W.Sz.S./DAZ/26/P-8/008/381/14

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę montaż i uruchomienie myjni do basenów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

W związku z art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) (stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z możliwością mycia wiader o różnej pojemności bez potrzeby stosowania specjalistycznego stelaża?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny

Jarosław Madowicz