



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

### Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 15.09.2011 r.

#### Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

#### WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

#### **DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH**

W.Sz.S./DDZ/P-8/060/2222/11

#### WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 1** Czy Zamawiający w części nr 4 dopuści igłę o długości 6,2 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2** dot. części 1. Czy Zamawiający w ww. części dopuści jednowłóknowe, syntetyczne nici wchłaniające wykonane z kwasu glikolowego, kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkanki w 7 dni ok. 70% i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 120 dni, bez środka antybakteryjnego?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3** dot. części 2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. części jednowłóknowe, syntetyczne nici wchłaniające wykonane z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkanki po 2 tygodniach ok. 40% i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4** dot. części 3 poz. 3. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji nici, na etykietach których brak jest adnotacji, że stosunek igły do nitki wynosi 1:1. Uzasadnienie: Grubość nici w naszych igłach jest przystosowana do odpowiedniej średnicy przekroju oraz odpowiedniej wielkości kanału igły, pozwalająca na wytworzenie materiału szewnego, w którym stosunek przekroju igły do nitki 1:1 jest zachowany, potwierdzać to będzie dostarczona próbka.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienie stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 03.10.2011 r. termin składania ofert.

**ZATWIERDZIŁ  
Z-CA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. NMP  
W CZĘSTOCHOWIE  
LEK. MED. GRZEGORZ KUPCZAK**